

## E-Move



130 kg brukarvikt

NiMH		
<input type="checkbox"/>	20"	MEM20
<input type="checkbox"/>	22"	MEM22
<input type="checkbox"/>	24"	MEM24
<input type="checkbox"/>	25"	MEM25
<input type="checkbox"/>	26"	MEM26

Li-Ion		
<input type="checkbox"/>	20"	MEML20
<input type="checkbox"/>	22"	MEML22
<input type="checkbox"/>	24"	MEML24
<input type="checkbox"/>	25"	MEML25
<input type="checkbox"/>	26"	MEML26

150 kg brukarvikt

NiMH		
<input type="checkbox"/>	20"	MEM20-HD150
<input type="checkbox"/>	22"	MEM22-HD150
<input type="checkbox"/>	24"	MEM24-HD150
<input type="checkbox"/>	25"	MEM25-HD150
<input type="checkbox"/>	26"	MEM26-HD150

Li-Ion		
<input type="checkbox"/>	20"	MEML20-HD150
<input type="checkbox"/>	22"	MEML22-HD150
<input type="checkbox"/>	24"	MEML24-HD150
<input type="checkbox"/>	25"	MEML25-HD150
<input type="checkbox"/>	26"	MEML26-HD150

### Information om rullstolen

Tillverkare : \_\_\_\_\_  
 Modell : \_\_\_\_\_  
 Stolbredd : \_\_\_\_\_  
 Adapterset : \_\_\_\_\_

Besök vår hemsida för uppdaterad adapterlista.  
[www.decon.se/emove\\_adapter.php](http://www.decon.se/emove_adapter.php)

### Önskat batteri position (om möjligt)

Kolla på vår katalog eller hemsida för att upptäcka standard batteri position till stol. Om man väljer en position som är inte standard tillkommer additionell avgift.



Bakom ryggen



Under sätet



Vid hjulet

## Andra körprofil



MEM7600

Detta tillbehör gör det möjligt till brukaren att välja andra köregenskaper. Vilka köregenskaper (parametrar) du vill ändra in andra profilen, bestämmer du och brukaren helt själv.

## Omformare



MED12V

Laddar ditt batteri i bilen, båten, husvagnen eller husbilen Output 230VAC 50Hz 150W.

## Uppgradera till belagda drivringar

Uppgradera standard ringen (rostfritt) till Poly kompakt, Poly gele eller Max Grepp.



MEM7651 – Poly kompakt

MEM7652 – Poly gele

MEM7653 – Max grepp

## Transparent Ekerskydd

Skydda fingrarna från att bli skadad av ekrarna.



20" SG2007

22" SG2207

24" SG2407

25" SG2507

26" SG2607

## Utprovningsprotokoll E-Move

Vad skall man beakta under utprovning av E-Move?



- ✓ E-Move är korrekt monterad på adaptern.
- ✓ Kontrollera så att du har minst 6" länkhjul på rullstolen.
- ✓ Kontrollera att där finns minst 1 grön lampa på batteriet när du klickar på den stora gröna knappen (på batteriet) eller genom blinkningen när du sätt er på E-Move (Av/På knappen). Den skall blinka minst 2 gånger.

- ✓ Brukaren skall köra minst 50 sekunder så rakt som möjligt.
- ✓ Analysera brukarens körsätt. Finns där obalans i armstyrka osv.
- ✓ Programmera E-Move tills den är anpassad efter brukarens behov.
- ✓ Spara inställningarna eller skicka med parameter lappen vid beställning till Decon.
- ✓ Gå igenom hur batteriladdningen fungerar.
- ✓ Följ checklista vid beställning.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor angående utprovning eller om du behöver vår hjälp.